Disque de transfert

Manuel d'utilisation et d'entretien

SOMMAIRE

1 - CONDITIONS D'UTILISATION
2 - DEFINITIONS TECHNIQUES
3 - CONDITIONS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN
4 - CONDITIONS DE RECYCLAGE ET SECURITE

A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION; EXEMPLAIRE A CONSERVER ET A REMETTRE A L'UTILISATEUR.

AVERTISSEMENT

Cette notice d'instruction est partie intégrante du produit, elle contient des prescriptions d'ordre technique ne pouvant être reproduits intégralement ou en partie, ni divulgués ou utilisés sans autorisation dans un but compétitif, ou encore ni être transmis à des tierces personnes.
Bien que toutes les informations contenues dans cette notice aient été minutieusement vérifiées et peuvent être estimées comme fiable, **CIMA-ALTITUDE** ne s'assume aucune responsabilité pour les erreurs, les omissions ou les coquilles éventuellement présentes.

Le savoir-faire qui est contenu dans cette documentation technique est continuellement modifié par les départements de recherche et de développement et **CIMA-ALTITUDE** se réserve le droit de modifier cette documentation technique sans notification préalable.

BUT ET CONTENU

Cette notice technique a pour but de fournir au client toutes les informations nécessaires pour que celui-ci, dans le cadre d'une utilisation adaptée, soit en mesure de s'en servir en toute autonomie et en toute sécurité.

CONSERVATION DE LA NOTICE TECHNIQUE

Cette notice technique doit être conservée, dans un endroit destiné à cet effet, et surtout à l'abri de tout élément ou substance qui puisse compromettre sa parfaite lisibilité.

DEMANDE D'ASSISTANCE
Pour toute information relative à l'utilisation, à l'installation contacter le service commercial au **02 33 68 77 30**, ou écrire à : **CIMA-ALTITUDE** BP 300 – 50300 AVRANCHES Cedex, par courriel à cima.com@cima-sa.fr

SERVICE CLIENTELE ET APRES-VENTE
Toute demande ou réclamation doit être adressée au service clientèle à l'attention de Mme Claire Lesenechal, soit par mail claire.lesenechal@cima-sa.fr ou au N° indigo **0820 201 761**. Le délai d'intervention est de 7 jours ouvrés pour la France métropolitaine (hors congés : 2 semaines en aout et 1 semaine en décembre).

L'utilisateur doit lire attentivement les informations qui sont contenues dans ce manuel, en particulier celles concernant les précautions d'emploi pour la sécurité et les méthodes d'installation et d'utilisation.

N'utiliser que des pièces et des accessoires d'origine distribués par **CIMA-ALTITUDE** permettant de garantir la sécurité et de maintenir la conformité du produit.

1-CONDITIONS D'UTILISATION

1-1 DESTINATION DISQUE DE TRANSFERT
Le disque de transfert est destiné au transfert du patient de son lit à un fauteuil roulant, fauteuil garde-robe ou douche et (ou) inversement.
Le transfert doit être effectué par des personnes compétentes ou porteuses, il est hautement recommandé qu'une évaluation de risque soit faite avant l'utilisation du disque de transfert ; Cet outil ne doit pas être utilisé par le patient seul.

1-2 DESCRIPTION GENERALE
Le disque de transfert en votre possession est composé d'un disque supérieur et inférieur en ABS, d'un système intermédiaire en téflon mono fils permettant la rotation du disque supérieur en contact avec le patient.
La surface du disque supérieur est conçue pour être anti-dérapante, le disque inférieur est équipé d'un stickers anti-dérapant.

1-3 CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Disque de transfert
Diamètre 380 mm, Epaisseur 10 mm
Masse 0,7 Kg net

2-DEFINITIONS TECHNIQUES

2-1 DISQUE DE TRANSFERT
Schéma et descriptif Réf. SAA72410-4-10000 (page 4)

3-CONDITIONS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN

3-1 MAINTENANCE
Le disque de transfert ne demande pas de maintenance particulière.

3-2 ENTRETIEN
S'assurer du bon maintien de la vis centrale constituant l'axe de rotation.
Aucun graissage, pas de lavage au jet et à haute pression.

3-3 NETTOYAGE

Le nettoyage des salissures sur les surfaces en ABS doit être fait en respectant scrupuleusement les principes suivants :

Ne pas utiliser de média abrasif (tampon ou crème à récurer) mais seulement un chiffon doux.

Ne pas utiliser de produits agressifs tels que solvant ou détergent alcalin mais privilégier le nettoyage à l'eau ou bien l'utilisation d'un détergent à pH neutre suivi d'un rinçage et d'un séchage soignés avec chiffon absorbant.

Prendre garde aux zones de rétention pouvant piéger les produits de nettoyage.

3-4 LES PRODUITS DE NETTOYAGE RECOMMANDES

Eau pure, eau savonneuse.

Détergent Ph neutre (de 5 à 8) + rinçage à l'eau + essuyage.

ATTENTION !

Respecter les précautions d'emploi des produits de nettoyages indiquées sur ceux-ci.

4-CONDITIONS DE RECYCLAGE ET SECURITE

Les composants en ABS constituants le disque de transfert sont recyclables à 100%.

Le système intermédiaire permettant la rotation des disques est recyclable sous certaines conditions, compte tenu de la présence de PTFE (Téflon) dans sa conception.

En fin de vie déposer le disque de transfert au centre de tri et de recyclage de votre ville ou de votre département.

4-1 SECURITE (Classement au feu)

Classe M3/B2/VKF 5.2 pour le système de rotation intermédiaire en téflon.

Pas de classement au feu pour les autres composants.

Notes :



Face en contact avec le sol



Face en contact avec le patient

IMPORTANT

Ce disque doit être utilisé sur une zone non humide, le revêtement anti-dérapant doit être vérifié avant l'utilisation, le patient doit porter des chaussures ou des chaussettes.

- Le patient doit être en position assise au bord du lit ou de la chaise, dans le cas d'un transfert avec un fauteuil garde-robe, un fauteuil pour la douche, ou autres, les freins doivent être mis.
- La surface du sol doit être propre, sèche au niveau de disque de transfert pour être placé sous les pieds du patient alors qu'il est encore assis.
- Le patient peut alors être relevé sur ses pieds par des méthodes recommandées et doit être suivi strictement tout le long du transfert par un assistant.
- L'assistant guide le mouvement pendant la rotation jusqu'à ce que le patient ait le dos devant le fauteuil, il n'est pas recommandé que la rotation dépasse 90°.
- Le patient peut être mis délicatement en position assise, toujours avec les méthodes recommandées.