MediSet ® pose sur Picc line

Set de soins

Référence	Code ACL
478916	6013689

Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins.
Stérile à usage unique.

Indications / Classification

Ensemble d'accessoires stériles nécessaire à la pose d'une perfusion à domicile sur Picc Line, la réfection du pansement et le changement de la valve bidirectionnelle, disposés dans un ordre déterminé par le protocole de soins, dans le but de réaliser l'acte dans des conditions rigoureuses d'asepsie et de sécurité. Ne contient pas le dispositif Picc Line, qui est posé à l'hôpital ou en clinique.

MediSet ® pose sur Picc line est un assemblage de dispositifs médicaux.

Spécifications

Composition :
Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :
- 1 carré absorbant
- 2 masques de soins
- 1 charlotte
- 1 bandelette adhésive double
- 1 champ imperméable 38 x 45 cm
- 2 gants d'examen
- 1 champ imperméable 45 x 50 cm
- 10 compresses en nontissé
- 2 gants d'examen
- 5 compresses en nontissé
- 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9 %
- 1 seringue 20 ml LL
- 1 aiguille 18 G 1 1/2
- 1 valve bidirectionnelle MicroCLAVE® Clear®
- 1 pansement adhésif transparent 14 x 10 cm
- 1 pansement Grip-Lok® universel
- 1 notice d'emploi

Au dessus du blister : 1 sac à déchets

Spécifications des composants :
- Carré : nontissé en fibres de cellulose - voie sèche - 55 g/m² - 30 x 20 cm
- Sac à déchets : Sac avec liens coulissants - non imprimé - polyéthylène - 400 x 350 mm - 15 L - blanc
- Masque : 3 plis - 3 épaisseurs - nontissé bleu 100% polypropylène - attaches élastiques sans latex - barrette nasale acier gainé de polypropylène - BFE > ou = 98%
- Charlotte : nontissé polypropylène - coloris bleu - 14 g/m² - élastique sans latex
- Bandelette : nontissé blanc en polyester / cellulose - masse adhésive acrylique – papier protecteur siliconé - 100 x 12,5 mm
- Champ : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m² - 38 x 45 cm ou 45 x 50 cm - coloris bleu
- Gant d'examen : en nitrile - non poudré – ambidextre – manchette retournée - coloris bleu/violet - Taille M
- Compresse : nontissé (polyester / viscose) - 30 g/m² - 7,5 x 7,5 cm

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - 9 route de Sélestat - CHATENOIS
67607 SELESTAT Cedex - France
Tel : 03 88 82 43 43 – Fax : 03 88 82 43 99
contact@hartmann.fr - http://www.hartmann.fr

- Ampoule : NaCl 0,9% stérile - ampoule autocassable col large en verre de type I - 20 ml - pour rinçage et purge
- Seringue : 3 pièces Luer Lock - 20 ml - corps de la seringue et piston : polypropylène - joint : caoutchouc synthétique sans latex - sous emballage apyrogène - stérilisation oxyde d'éthylène
- Aiguille : aiguille hypodermique 18G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) - embase : polypropylène - canule pointée : acier inoxydable - rose - sous emballage apyrogène - stérilisation oxyde d'éthylène
- Valve : valve femelle bidirectionnelle à connexion sans aiguille - faible volume d'amorçage et pression neutre - corps : polycarbonate, fermeture : silicone, pointe : polycarbonate, capuchon : polypropylène - sous emballage apyrogène - stérilisation par rayonnements
- Pansement : film en polyuréthane - transparent - perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène - 14 x 10 cm - stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Pansement : Système de fixation sans suture - adhésif acrylique - film protecteur en silicone - nontissé en polyester - blanc - stérilisation par rayonnement

Ces dispositifs sont remboursés dans le cadre de forfaits de consommables LPPR - consultez les sur www.ameli.fr

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Blister rigide :
- film PVC
- papier 60 g/m²

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Accompagné d'une notice d'emploi.

Nombre de blisters / boîte : 1
Nombre de boîtes / carton : 10

Dimensions du blister : 250 x 140 mm
Dimensions de la boîte : 266 x 257x 288 mm
Dimensions du carton : 272 x 263 x 300 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène
Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.

Précautions d'emploi

Ampoule NaCl : pour rinçage et purge
Sac à déchets non imprimé : à jeter dans la poubelle adaptée après utilisation - hors perforants.

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - 9 route de Sélestat - CHATENOIS
67607 SELESTAT Cedex - France
Tel : 03 88 82 43 43 – Fax : 03 88 82 43 99
contact@hartmann.fr - http://www.hartmann.fr