
Marteau de Babinski

UTILISATION PRÉVUE

- ✚ Ces produits sont fabriqués à partir de matériaux en acier inoxydable n'ayant aucun effet cytotoxique, irritant, sensibilisant ni toxique; ils sont sans danger ni effets sur les humains lors de l'utilisation.
- ✚ Réutilisables

CLASSEMENT DE DISPOSITIFS MEDICAUX :

Conformément à la règle 6 de l'annexe IX de la directive 93/42 / CEE relative aux dispositifs médicaux, ces dispositifs sont de classe I.

STOCKAGE

Rangez les instruments dans un environnement propre et sec

STÉRILISATION

Se reporter au mode d'emploi.

RÉFÉRENCES :

Référence	Désignation
0104001000	MARTEAU REFLEXE BABINSKI ADU

