



# Fiche technique

## Electrode 3M™ Red Dot™ 2330 Electrode ECG de Diagnostic à usage unique

### INDICATIONS

Quelques heures d'utilisation

- ECG de diagnostic
- Adulte et pédiatrie

**NE CONTIENT PAS  
DE LATEX !**



### DESCRIPTIF

- **Dimensions** : 3,2 cm x 2,2 cm
- **Support** : polyester semi-rigide
- **Adhésif** : Hydrogel conducteur à base d'eau HYPOALLERGENIQUE
- **Contact** : Ag/AgCl (moins de 3% de Cl) sur toute la surface
- **Type de connexion** : languette
- **Poids** : 0,4 gramme par électrode avec liner
- **Non radiotransparente**
- Fabriquée aux Etats-Unis

### PARTICULARITES

- Connexion à languette
- Repositionnable
- Résistance aux fluides
- Surface totale conductrice 7 cm<sup>2</sup>

### CONFORMITE & MARQUAGE

- **Conforme au standard A.A.M.I. EC12**  
(A.A.M.I. : Association pour l'amélioration de l'instrumentation médicale)
- **DM : Classe 1** – non stérile sans fonction de mesurage
- **Marquage CE** (93/42 Annexe VII)

### CONDITIONNEMENT

- Sachet de 10 liners de 10 électrodes. Boîte de 10 sachets.
- Minimum de commande : 1 boîte de 1000 électrodes.
- Date de péremption et numéro de lot inscrits sur chaque sachet.

### CONSERVATION

- 2 ans sous sachet fermé à température ambiante dans des conditions normales de conservation.
- Une fois le sachet ouvert, toutes les propriétés des électrodes sont gardées pendant 30 jours.
- Refermer soigneusement l'emballage pour la conservation des électrodes non utilisées.

IPD-000637  
Mars 2015

**3M France**  
**Division Prévention des Infections**

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
Tél.: 01 30 31 82 82  
Fax : 01 30 31 85 65  
www.3MSante.fr

#### AVERTISSEMENT

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

**Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé**, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.