Lohmann & Rauscher

Fiche Technique

CURAFIX® i.v. Film
Pansement de fixation de cathéter ou de canule – Stérile

REF : 31884, 31885, 33699

CODE CLADIMED :
C54K

PRODUIT :
REF 31884, Curafix® i.v. Film – Pansement de fixation de canule en film transparent, pour voies périphériques, avec cadre de pose, 6 x 7 cm.
REF 31885, Curafix® i.v. Film – Pansement de fixation de cathéter en film transparent, pour voies veineuses centrales, avec cadre de pose 10 x 12 cm.
REF 33699, Curafix® i.v. Film – Pansement de fixation de canule en film transparent, pour voies périphériques, avec cadre de pose et évidement supplémentaire, 6 x 7 cm.

COMPOSITION :
Polyuréthane, polyacrylate, papier glassine avec revêtement en polydiméthylsiloxane.

CARACTERISTIQUES :
Curafix® i.v. Film est un pansement pour la fixation de canules et de cathéters, composé d'un film transparent, d'adhésif et d'un papier transparent. Un cadre de pose relié à 2 ailettes de préhension situé sur la face non adhérente du pansement aide à son application.
La transparence du pansement permet de contrôler le site de ponction de la canule et du canal d'injection. Le pansement est lavable à l'eau et aux désinfectants à base d'alcool ou d'eau contenant de l'iode ou de l'octénidine.
Le pansement est disponible en 2 versions : avec ou sans évidement pour les sorties de tubulures des canules ou des cathéters.

Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT :
Emballage stérile individuel.

CURAFIX® i.v. Film, Pansement de fixation de cathéter ou de canule		
REF	**Conditionnement de base**	**Carton Standard**
31884	100 pansements	500 pansements
31885	50 pansements	500 pansements
33699	100 pansements	500 pansements

INDICATIONS :
Pour la fixation de canules et cathéters sur la peau et en tant que barrière mécanique pour protéger le site de ponction.

MODE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Contre-indications : Allergie connue et/ou hypersensibilité à l'un des composants du produit.

Effets indésirables : Dans de très rares cas, des irritations cutanées et/ou des allergies peuvent apparaître.

CE
Classe I stérile

Mise en garde et mesures de précaution : Contrôler régulièrement si le site de ponction ne présente pas de rougeurs, d'irritations ou d'inflammations.
En cas d'apparition d'une infection ou de signes d'inflammation quelconques (chaleur excessive, œdème, rougeur, douleur), c'est au personnel médical spécialisé de décider s'il y a lieu de continuer le traitement.

Remarques générales : Curafix® i.v. Film est conçu pour un usage unique et ne doit pas être restérilisé. Le produit est stérile tant que l'emballage n'est pas ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou s'il a été ouvert accidentellement.
En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et les autorités sanitaires compétentes.

Conseils d'utilisation : se référer à la notice.



STERILISATION :
Le pansement Curafix® i.v. Film est stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

CONDITIONS DE STOCKAGE :
Stocké de manière appropriée, dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

VALIDITE DU PRODUIT :
3 ans à partir de la date de stérilisation si les conditions de stockage sont respectées.

CE
Classe I stérile