PROTOCOLE D'UTILISATION

Septalkan

Détergent désinfectant sans alcool

Pulvérisateur 750 mL / Bidon 5L (recharge pour le pulvérisateur)

Avant utilisation, vérifier la date de péremption. Ne pas mélanger à d'autres produits.



OU



1 Appliquer **Sept**alkan directement sur la surface à traiter.

1 Appliquer **Sept**alkan sur un support non-tissé propre.



2 Nettoyer minutieusement par essuyage manuel. Laisser agir le produit 5 minutes. Ne pas rincer (sauf surfaces avec contact alimentaire).



3 Jeter le support souillé ou l'évacuer dans le filet de récupération pour le linge sale.
Changer de lingette pour chaque surface ou dispositif médical.

Lingettes

1 Sortir une lingette **Sept**alkan de son emballage.



2 Nettoyer minutieusement par essuyage manuel. Laisser agir le produit 5 minutes. Ne pas rincer (sauf surfaces avec contact alimentaire).



3 Jeter la lingette.
Changer de lingette pour chaque surface ou dispositif médical.

Description

Pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide de toutes les surfaces et des dispositifs médicaux non stérilisables, non immergeables.

Spectre d'activité

Bactéricide ; levuricide ; actif sur *Aspergillus fumigatus ;* actif sur Rotavirus, Norovirus, Adenovirus, virus enveloppés tels que Vaccine, Hépatite B (VHB), Hépatite C (VHC), VIH, Herpès virus, Coronavirus, grippe...
Activité spécifique aux sprays : actif sur les spores de *Bacillus subtilis et Clostridium difficile.*

Précautions d'emploi

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité.

Alkapharm
Cibler le risque infectieux

SODEL - ISO 9001/13485
190 rue René Barthélemy, Pôle d'activités de l'Espérance, 14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.sodel-sa.eu - www.alkapharm.fr

MADE IN FRANCE

CE 0459 2013
DM Classe IIb

Accédez aux informations produit.

SURFACES & DISPOSITIFS MÉDICAUX

USAGE PROFESSIONNEL

PRT-SEPTALKAN-FR/2020-08