


MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA
ALTERNATING PRESSURE MATTRESS
MATELAS À PRESSION ALTERNÉE
WECHSELDRUCKMATRATZE
COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNANTE
COLCHÃO DE PRESSÃO ALTERNADA
ΣΤΡΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY
SALTEA CU PRESIUNE ALTERNATIVĂ
MADRASS MED VÄXELTRYCK

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Bedienungsanleitung - Manual de uso - Manual de utilização - Εγχειρίδιο
χρήσης - Instrukcja obsługi - Manual de utilizare - Bruksanvisning

REF QDC-8010+P3000A2QB3 (Gima 28580)
QDC-8080+P3000A2QB3 (Gima 28582)



Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.
Rongsheng Science and Technology Zone,
Daxue Road, Shantou, Guangdong, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

KIT 8010 MATELAS À PRESSION ALTERNÉE NYLON PVC+POMPE - USAGE PROFESSIONNEL

KIT 8080 MATELAS À PRESSION ALTERNÉE NYLON TPU+POMPE - USAGE PROFESSIONNEL

INSTRUCTIONS

Le matelas à pression alternée est constitué de deux parties : le matelas et la pompe. Cette dernière utilise un petit compresseur silencieux et qui permet une efficacité énergétique. Le panneau de commande est simple et très facile à utiliser. Le matelas soulage la pression avec une séquence de dégonflage et de gonflage alternée de cellules d'air sur des cycles d'environ 12 minutes. Il est largement reconnu que la pression constante d'une saillie osseuse est la cause principale de lésions cutanées. Le mouvement continu fourni par l'unité réduit les zones de pression constante et augmente la circulation.

UTILISATION

1. Positionner le matelas sur le cadre du lit avec l'extrémité du tuyau flexible aux pieds de la structure.
2. En utilisant les crochets intégrés, accrocher en sécurité la pompe aux pieds du lit ou la poser sur une surface plate et lisse.
3. Connecter les tuyaux d'air du matelas à la pompe.
4. Brancher la pompe à une prise murale. S'assurer que le cordon d'alimentation se trouve à distance des dangers possibles.
5. Appuyer sur l'interrupteur d'allumage sur le panneau de commande de la pompe. La pompe commencera à gonfler le matelas.
6. Après le gonflage, régler le matelas en utilisant la poignée de la pompe.

ATTENTION :

1. Ne pas fumer au-dessus ou à proximité de la pompe.
2. Tenir la pompe à l'écart des surfaces chauffées.
3. Risque d'explosion en cas d'utilisation en présence d'anesthésiants inflammables.
4. Remplacer le fusible avec les caractéristiques suivantes : T1A 250 V. Alimentation : ~ 220 V - 50 Hz - 0,1 A

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CAPACITÉ DE CHARGE		SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES	
Poids maximal patient	150kg (331lbs)	Courant de fonctionnement :	~ 220 V 50 Hz 0,1 A max.
		Fusibles :	T1A 250 V
CONDITIONS D'AMBIANCE			
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT		CONDITIONS DE CONSERVATION ET EXPÉDITION	
Température ambiante :	De 10°C à 40°C (de 50°F à 104°F)	Température ambiante :	De -18°C à +43°C (de 0°F à 110°F)
Humidité relative :	De 10% à 75%	Humidité relative :	De 10% à 95%

	À conserver dans un endroit frais et sec		À conserver à l'abri de la lumière du soleil		Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	Disposition DEEE		Fabricant		Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745
	Suivez les instructions d'utilisation		Appareil de type BF		Appareil de classe II
	Code produit		Numéro de lot		Dispositif médical
	Date de fabrication		Limite de température		Limite d'humidité
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne		Importé par		Numéro de série



Élimination : Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Les utilisateurs doivent éliminer leurs appareils usagés en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie B2B standard Gima de 12 mois s'applique